

**BorsodChem Zrt.**  
**Termelés Irányítás**  
**Minőségirányítási Főosztály**  
**Analitikai Laboratórium**  
Cg. 05-10-000054, Miskolci Törvényszék Cégbírósága  
A NAH által NAH-1-1177/2018 számon akkreditált  
vizsgálólaboratórium.  
Ügyintéző neve: Antalné Horváth Ágnes  
☒ 3700 Kazincbarcika, Bolyai tér 1.  
☎ 48 511-277

Sorszám: 1514/2018  
Dátum: 2018. november 08.  
Oldalszám: 1/1  
Megrendelő neve:  
SINERGY Energiaszolgáltató  
Beruházó és Tanácsadó Kft  
Megrendelő címe:  
Tiszaújváros

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**A vizsgálat tárgya:** Hulladékokból vett szennyvíz minta

### Mintavételre vonatkozó információk:

- Mintaazonosító jel/törzskönyvi szám:* 7193/221/2018
- Mintavétel helye, ideje:* SINERGY Kft. – Tiszaújváros 2018. október 25.
- Mintavételt végezte, módja:*  
Analitikai Laboratórium Mintavételezés szakterület  
(akkreditált / nem akkreditált)  
Megrendelő
- Mintavételi jegyzőkönyv sorszáma:* 1450/2018
- Minta átvétel időpontja:* 2018. október 25.

### Vizsgálatra vonatkozó információk:

- Vizsgálat időpontja (i):* 2018. október 25. – október 26.
- Mintatárolás történet:* igen/nem
- Minta előkészítés történet:* igen/nem
- Jegyzőkönyvhöz csatolt anyagok: -

Vizsgált jellemző	Mérték egység	Mérési eredmény	Vizsgálati módszer	Vizsgáló egység	Vizsgáló berendezés	Adott paraméter vizsgálati ideje	A vizsgálatot végző személy
pH	-	8,3	MSZ 1484-22:2009 8. fejezet	Környezetvédelmi szakterület	Mettler MA 235	2018.10.26.	Molnár Tivadarné
Lebegőanyag	mg/dm <sup>3</sup>	<20	MSZ 260-3:1973 4 és 5. fejezet		-	2018.10.26.	Dávidné Tomkó Judit
KOI <sub>k</sub>	mg/dm <sup>3</sup>	<30	MSZ ISO 6060:1991		-	2018.10.26.	Dávidné Tomkó Judit
SZOE (hexán)	mg/dm <sup>3</sup>	<2	MSZ 1484-12:2002		Heidolph Laborota rotációs bepárló	2018.10.26.	Galovics Józsefné

BorsodChem Zrt.  
Analitikai Laboratórium  
2.

Rabi László  
Senior Manager Laboratory

### Megjegyzés:

Az eredmények csak a vizsgálati mintára vonatkoznak.

A vizsgálati jegyzőkönyv másolása csak teljes terjedelmében végezhető.