



**Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal**  
**Miskolci Járási Hivatala**  
**Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály**  
**Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály**

3526 MISKOLC, SZELES U. 62., 3501 MISKOLC, PF.: 32  
Telefon: (46) 506 156, Telefax: (46) 506 154  
e-mail: meresugy@borsod.gov.hu

Ügyiratszám: BO-08/MM/728/2019-...<sup>01</sup>

Hivatkozási sz.:-

Ügyintéző: Madák István

1/1 oldal

**HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY**

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

**A hitelesítés tárgya:** mérleg (Elektronikus közúti híd)

	kiértékelő	teherfelvevő
gyártó:	METTLER TOLEDO	
típus:	6907/8530	
gyártási szám:	4391909-5XW	
mérési határ (Max):	30.000/60.000 kg	
osztásérték (d=):	10/20 kg	hitelesítési osztásérték (e=): 10/20 kg
pontossági osztály:	III.	

**Hitelesítésre bemutatta:** TONNA K+K Kft. Tiszapalkonya, Kossuth út 49.

**A hitelesítés helye és ideje:**

ECOMISSIO KFT  
TISZAUJVÁROS  
HULLADÉKÁTVÉTEL

2019. év 02 hó 13 nap

**A hitelesítés módja:** A hitelesítés a HE 5-2010 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

**Értékelés:** A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

**Bélyegzés:** A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett 1. db. E0100 jelű bélyegzés, M072273..... sorszámu öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel, valamint 1. db A362542..... sorszámu lezáró matrica(ák) tanúsítják.

**Érvényesség:** A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre lehívható - jelű hitelesítési kód azonossága mellett


**2 év, azaz a mérőeszköz 2021. év 02 hó 13 nap -ig használható hiteles mérésre.**

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Tiszaújváros, 2019. év 02 hó 13 nap

**A hitelesítést végezte:**

Dr. Stiber Vivien járási hivatalvezető nevében és megbízásából:



.....  
mérésügyi ügyintéző