



ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
MISKOLC

Dátum:
2020. június 24.

Tárgy: Matyó Agrártermelő Zrt. öntözésfejlesztéssel kapcsolatos
tájékoztatás

Melléklet:

Ügyintézőnk:
Kissné Hajdu Anna

Képes Vince Ferenc úr
vezérigazgató

Iktatószámunk:
É2020-1521-005/2020

Matyó Agrártermelő Zrt.

Mezőkövesd
Szihalmi út 4.sz.
3401

Ügyintézőjük:

Iktatószámuk:

Tisztelt Vezérigazgató Úr !

Hivatkozva a Matyó Agrártermelő Zrt által tervezett öntözésfejlesztéssel kapcsolatosan történő megkeresésére, valamint a személyes egyeztetésünkre a 2020. június 12-én megküldött É2020-1521-004/2020 ügyiratszámú állásfoglalásunkat az alábbiak szerint egészítjük ki:

- A Hór-völgyi tározó 15 éves vízszint adatsorát figyelembevéve, az öntözési idény elejére, 80%-os biztonsággal feltölthető vízszint 320 cm.
- A minimális üzemvízszint, ami a horgászati hasznosítás miatt szükséges 225 cm.
- Fentieket figyelembevéve az öntözésre nagy valószínűséggel rendelkezésre álló vízmennyiség 735 em³/év.
- Vízjogi üzemeltetési engedéllyel lekötött vízmennyiség 242 em³/év.
- **Szabad, még a mai napig le nem kötött öntözésre felhasználható vízmennyiség 493 em³/év.**

Üdvözlettel:


Csont Csaba
műszaki igazgatóhelyettes főmérnök



A MI VÍZÜGYÜNK