



Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Hungarian Trade Licensing Office
Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
Legal Metrology and Technical Safety Authority Miskolc
3526 MISKOLC, SZELES U. 62. 3501 MISKOLC, PF.: 32
Telefon: (46) 506 156 Telefax: (46) 506 154
e-mail: miskolc@omh.hu

EU bejelentett testület
notified body

Azonosítási szám: **1422**
Identification number

Ügyiratszám: **3225/M/2011**
File number

Tanúsítvány száma: **3225/M/2011-02**
Certification number

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Certification of Conformity

Az alábbi nem automatikus működésű mérleg
The conformity of the non-automatic weighing instrument

Gyártó <i>Manufacturer</i>	SCHENCK PROCESS
Típus/modell <i>Type/Model</i>	VTG 20450
Gyártási szám <i>Serial number</i>	DT-0493/11
EK Típusvizsgálati tanúsítvány száma ¹ <i>TAC number</i>	D07-09-012

90/384/EGK irányelvet honosító 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet követelményeinek való megfelelését az MSZ EN 45501 8.2 harmonizált szabvány szerinti vizsgálat állapította meg.
with the requirement of the 62/2004. (IV. 24.) decree of the Minister of Economy and Transport implementing the Council Directive 90/384/EEC was established by test referred to in EN 45501-8.2.


Az EK hitelesítés a következő felállítási/használati helyre / (g) zónára érvényes.
The EC verification is valid for the following place of installation / location / area of use.


Bükkábrány

Megjegyzés: A nem-automatikus működésű mérlegek újrahitelesítési időköze a többször módosított 127/1991. Korm. rendelet szerint két év.

Note: The verification interval of non-automatic weighing instruments according to the decree of the Government (127/1991). is two years.

Miskolc, 2011. július.26




.....
Aláírás / signature

¹Típusvizsgált mérlegeknél



BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BO/31/.....1694...../2020-...

Hivatkozási sz.: --

Ügyintéző: Szűcs Péter

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdése alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya: mérleg (ELEKTRONIKUS KÖZÖTTI HÍD)

	kiértékelő	teherfelvevő
gyártó:	SCHEENCK	
típus:	DISOMAT TERSUS	
gyártási szám:	DT. 0493/11	
mérési határ (Max):	50 t	
osztásérték (d=):	20 kg	hitelesítési osztásérték (e=): 20 kg
pontossági osztály:	III.	

Hitelesítésre bemutatta: Nyeste-Mérleg Kft. Mezőkövesd

A hitelesítés helye és ideje: BÜKKÁBRÁNY BANYA HKSZ-030/1.

2020. év 09. hó 14. nap

A hitelesítés módja: A hitelesítés a HE 5-2010 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett .. db jelű bélyegzés, M...304064... sorszámu öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel, valamint 2 db 3084..... sorszámu lezáró matrica(ák) tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre leolvasható - jelű hitelesítési kód azonossága mellett

2 év, azaz a mérőeszköz 2022. év 09. hó 14. nap -ig használható hiteles mérésre.

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg. Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Miskolc, 2020. év 09. hó 14. nap

A hitelesítést végezte:



dr. Alakszai Zoltán kormány megbízott nevében és megbízásából:
Szűcs Péter
P.H. E9

mérésügyi szakügyintéző